

Specyfikacja
Defibrylator AED Philips FRX w walizce PELI

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa Defibrylator AED Philips FRX w walizce PELI – 11 szt.
- 2) Szczegółowa specyfikacja techniczna dot. przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy z produkcją w 2025 r. min, nieużywany, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wskazane dokumenty Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem.
- 4) Defibrylator AED Philips FRX w walizce PELI ma zostać dostarczony do Łosic – wskazany magazyn w zamówieniu.
- 5) Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę).
- 6) Wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy) od protokolarnego odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego.
- 7) Charakterystyka Defibrylator AED Philips FRX w walizce PELI:
 - zestaw inteligentnych sensorów pozwala na automatyczne zastosowanie odpowiednich zabiegów,
 - intuicyjna obsługa sprzętu sprawdzi się dla każdego użytkownika sprzętu,
 - wyraźne i proste polecenia głosowe, krok po kroku prowadzą osobę udzielającą pomocy,
 - jedno z najszybszych urządzeń w swojej klasie dzięki zastosowanej technologii szybkiej defibrylacji,
 - defibrylator po przełączeniu klucza na pediatryczny dostosowuje komunikaty i energię defibrylacji na udzielenie pomocy najmłodszemu,
 - możliwość uruchomienia trybu szkoleniowego, po podłączeniu elektrody i treningowych FRX umożliwia trening RKO,
 - przystosowany do działania w różnych warunkach, lekka i wytrzymała konstrukcja odporna jest na upadku (z wysokości 1,22 m) kurz, wodę i ekstremalne temperatury IP55,
 - łatwy do przechowywania i transporcie,
 - defibrylator wykonuje auto-testy w różnych odstępach czasowych, aby mieć pewność, że jest gotowy do użycia w każdej chwili,

- AED w zestawie z walizka PELI,
- Walizka PELI jest wodoszczelna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne,
- Środek walizki PELI wyścielony jest miękką gąbką, która dostosowuje się do kształtu defibrylatora, zapewniając najwyższą ochronę sprzętu medycznego,
- Walizka PELI posiada bezwarunkową gwarancję producenta, co potwierdza jej najwyższą jakość i bezpieczeństwo AED,
- Bateria powinna posiadać 4 letnią gwarancję od momentu instalacji oraz żywność na wykonanie 200 wyładowań lub 10 godzin.

8) Dane techniczne :

- Wymiary AED: szer/wys/głęb. 22 x 18 x 6 (cm),
- Waga AED: 1,6 kg,
- Bateria: 9V, 4,2 Ah o przedłużonej trwałości, litowo – manganowa,
- Wymiary walizki PELI 1,3 kg.

STAROSTA
Bożena Niedzielak