

Ruda Maleniecka, dn. 08.09.2022 r.

GMINA RUDA MALENIECKA
RUDA MALENIECKA 99A
26-242 RUDA MALENIECKA
NIP: 658-187-20-92 REGON: 291010659

.....
(nazwa Zamawiającego)

Znak: UE.271.19.2022

Udzielenie odpowiedzi
do zadanych pytań dot. Zaprośzenia do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 07.09.2022 r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania: ***Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego - autoklawu.***

Znak sprawy: UE.271.19.2022.

W dniu 08.09.2022 r. na Sekretariat Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej wpłynęło następujące zapytanie skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

1. *Czy Zamawiający dopuścić 3 tygodniowy termin realizacji zamówienia od daty wyboru oferty ?*
2. *Czy Zamawiający dopuścić moc sterylizatora 2400W ?*

W związku z powyższym Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w Zaprośzeniu do złożenia oferty, Zamawiający określił termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 30.09.2022 r.

Ad. 2.

Nie, ze względów adaptacyjnych Zamawiający może jedynie dopuścić sprzęt – urządzenie o maksymalnej mocy do 2 000 W.

Pozostałe zapisy Zaprośzenia do złożenia oferty z dnia 07.09.2022 r. pozostają niezmienione. Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmian związanych z terminem składania ofert, który wyznaczono **do dnia 13.09.2022 r do godz. 10:00.**

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.

Z UP. WÓJTA
/-/ PIOTR PIEC
ZASTĘPCA WÓJTA

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej