

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

WZK.2601.2.2025

INFORMACJA

Dotyczy: Zakup i dostawę zestawów szafkowych do tamowania masywnych krwotoków w ilości 13 szt, w ramach zadania własnego na „zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” Obszar II – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Do załącznika nr 1 Specyfikacja techniczna

Pozycja Opatrunek indywidualny, Gaza do pakowania ran ze środkiem hemostatycznym, Gaza do pakowania ran, opatrunek okluzyjny na rany klatki piersiowej, Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania ISO10993

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania ISO10993.

Pytanie nr 2:

Do załącznika nr 1 Specyfikacja techniczna

Pozycja środek hemostatyczny

Czy zamawiający wymaga aby wyrób posiadał rekomendacje komitetu TCCC oraz nie był pakowany próżniowo (wyłącznie podciśnieniowo) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wyrób posiadał rekomendacje komitetu TCCC. Produkt może być pakowany próżniowo lub podciśnieniowo.

Pytanie nr 3

Do załącznika nr 1 Specyfikacja techniczna

Pozycja Opatrunek okluzyjny na rany klatki piersiowej.

Czy zamawiający dopuści opatrunek BCS Battle Chest Seal polskiego producenta o opatrunek okrągły o średnicy 17cm z uchwytami ułatwiającym oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższy opatrunek pod warunkiem, że nie zawiera lateksu.

Pytanie nr 4

do załącznika nr 1 Specyfikacja techniczna

Pozycja gaza do pakowania ran

Czy zamawiający wymaga aby gaza do pakowania ran posiadała Klasa IIa dla wyrobu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby gaza do pakowania ran posiadała klasę IIa.

Pytanie nr 5

do załącznika nr 1 Specyfikacja techniczna

Pozycja staza taktyczna

Czy zamawiający dopuści stazę taktyczną SAM XT posiadającą rekomendacje komitetu TCCC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stazę taktyczną SAM XT posiadającą rekomendacje komitetu TCCC.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu