

Uczestnicy postępowania**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w dniach 06, 07 i 09 sierpnia 2010 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na *Zakup i dostawę sprzętu medycznego, podzielonego na pakiety, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim*, o następującej treści:

Zapytanie 1:

PAKIET NR 8 – Łóżka rehabilitacyjne fabrycznie nowe 5 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne z leżem czterosegmentowym?

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający żąda łóżka czterosegmentowego

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w 4 koła o średnicy 125mm?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o długości 2150 mm?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o szerokości 920 mm?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o wysokości 510 mm?

Odp. Tak

Zapytanie 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie parametru FiO₂: 50%, 100% na zasadzie równości?

Odp. Tak

2. Czy w związku z tym, że producenci respiratorów stosują specyficzne dla siebie skróty dla określenia trybów wentylacji które u innego producenta są określone inaczej pomimo że respirator pracuje w identyczny sposób. Zamawiający wyjaśni treść SIWZ poprzez tekstowe rozwinięcie lub opis oczekiwanego przez użytkownika rodzaju lub sposobu wentylacji? Dotyczy określenia CMV oraz ACMV.

Odp. CMV - kontrolowana wentylacja mechaniczna

ACMV – wspomagana wentylacja kontrolowana

3. Czy Zamawiający pod określeniem „objętość minimum 3-20 l/min” rozumie możliwość takiego ustawienia wartości pojedynczego oddechu pacjenta aby wartość wentylacji minutowej nie była mniejsza niż 3-20 l/min.

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator który posiada wartość wentylacji minutowej min. 6-18 l/min. Chcemy wskazać że zakres ten pozwala na realizację wentylacji dla różnych grup wiekowych bez żadnych zagrożeń. Biorąc pod uwagę fakt że ten typ respiratorów który chce zakupić Zamawiający nie jest przystosowany do wentylacji grupy wiekowej noworodkowej. Respiratory tego typu mogą wentylować dzieci o wadze powyżej 10 kg (w zależności o zaleceń producenta dla różnych typów respiratorów wartość ta wynosi nawet 15 kg). Dla tak dobranej wagi wartość min. 6 l/min jest wartością optymalna.

Wartość 3 l/min jest niewystarczająca z uwagi na ograniczony górny zakres ilości oddechów do 40/min który dla tej grupy wiekowej jest niewystarczające. Dlatego też dolny zakres 3 l/min jest dla Zamawiającego bezużyteczny.

Prosimy o dopuszczenie wskazanej wartości 6 do 18 l/min.

Odp. Tak

Zapytanie 3:

ZADANIE 5: RESPIRATOR TRANSPORTOWY

1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator transportowy z trybem wentylacji CMV oraz SMMV(oddech na żądanie)?

Tryb SMMV umożliwia wentylację zastępczą pacjentów niestabilnych oddechowo, zapewniając automatyczną blokadę cyklu wentylacji automatycznej i swobodny oddech pacjenta 100% tlenem po wykryciu wydolnego oddechu spontanicznego. Tryb SMMV redukuje istotnie konieczność sedacji pacjentów niestabilnych oddechowo.

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy z regulacją objętości oddechowej w zakresie 70-1300 ml/ oddech?

Regulacja objętości oddechowej zapewnia uproszczoną, intuicyjną regulację parametrów oddechowych w zależności od masy ciała pacjenta.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści respirator z automatyczną regulacją współczynnika I:E w zakresie od 1:3 przy 8 odd/min do 1:1.3 przy 40 odd/min?

Automatyczna adaptacja I:E w zależności od częstości oddechowej zapewnia lepsze przystosowanie parametrów wentylacji do potrzeb oddechowych pacjenta.

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy wyposażony w mieszacz tlenowy umożliwiający wentylację z FiO₂ 45% i 100%?

Możliwość wyboru stężenia tlenu na poziomie 45% zapewnia niższe zużycie tlenu w przypadkach wentylacji zastępczej pacjentów nie wymagających podawania 100% tlenu (np. po resuscytacji krążeniowo-oddechowej), redukuje ponadto toksyczne działanie tlenu na drogi oddechowe pacjenta.

Odp. Tak

Zapytanie 4:

Pakiet nr 2 – Wyposażenie Pracowni Rehabilitacji

Czy Zamawiający dopuści 2-kanałowy aparat do elektroterapii posiadający zasilanie 230V/50Hz/50VA?

Odp. Tak

Zapytanie 5:

Dotyczy Pakiet nr 8 – Łóżka rehabilitacyjne

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, które posiada leże czterosegmentowe?

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający żąda łóżka czterosegmentowego

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, szerokości 92 cm oraz wysokości leża 51 cm?

Odp. Tak

Zapytanie 6:

Pakiet nr 1. pkt 2. Ergometr eliptyczny.

Czy zamawiający dopuści ERGOMETR ELIPTYCZNY posiadający 12 programów terapeutycznych; w tym 1 program manualny, 4 programy kontroli pulsu (HRC), 4 programy użytkownika spełniający pozostałe wymagania zawarte w SWIZ?

Odp. Tak

Starosta Makowski

/-/ Zbigniew Roman Deptuła