

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są **lampy czołowe medyczne specjalistyczne, wersja z akumulatorem 3 sztuki oraz lampy czołowe medyczne zwykłe 6 sztuk** w ramach zadania pn. „Zakup, dostawa i wyposażenie bazy magazynowej dla Powiatu Wołomińskiego – Obszar II - zabezpieczenie logistyczne”.

Lampa czołowa medyczna specjalistyczna, wersja z akumulatorem 3 sztuki

Lampa czołowa diodowa na czepcu profesjonalnym, komplet z akumulatorem, transformatorem i regulacją jasności.

Cechy lampy:

- Bardzo silne oświetlenie - do 90 000 luxów jasnego, równomiernie rozłożonego na całym polu światła z temperaturą koloru 5.500 Kelvinów.
- Zwarta konstrukcja zapewnia przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie.
- Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia.
- Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP oraz zamontowania kamery video.
- Możliwość zamocowania filtra polaryzacyjnego do badań kontrastowych oraz filtra żółtego do redukcji zawartości barwy niebieskiej.
- Opatentowany system chłodzenia diody.

oraz **lampa czołowa medyczna zwykła 6 sztuk**

Lampa czołowa bezprzewodowa

cechy lampy:

Biała dioda LED 1 W, o temperaturze barwowej 4000 K. Zasilanie akumulatorowe oraz ładowarka.

- Lusterko Ø 55 mm, zdejmowane i bezstopniowo regulowane
- Przełącznik zasilania na komorze baterii
- Zintegrowane gniazdo jack do podłączenia ładowarki sieciowej w komorze akumulatorów.
- Biała dioda LED 1 W, o temperaturze barwowej 4000 K, 6 V lub próżniowa żarówka o napięciu 6 V.
- Możliwość regulacji wielkości pola zabiegowego za pomocą uchwytu żarówki na lusterku
- Żywotność baterii: około 4 godzin dla baterii litowych, około 90 minut dla baterii alkalicznych typu AAA.

Oferent jest zobowiązany załączyć wraz ze składaną ofertą dokumentację zawierającą specyfikację proponowanych lamp.

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
do 21 dni od dnia złożenia zamówienia**