

Zaproszenie do złożenia oferty

**Postępowanie o wartości równej lub wyższej od 60 000,00 zł netto,
ale mniejszej niż 130 000,00 zł netto**

**Wykonane zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.I.120.32.2025 Starosty Ostrowieckiego
z dnia 19.03.2025 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.:**

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa 10 sztuk (słownie: dziesięć) zestawów defibrylatorów AED wraz z gablotami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności w odniesieniu do zagrożeń obejmujących obszar odpowiednio gminy, powiatu i województwa”

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Ostrowiecki

ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. 41 247 63 55, e-mail do kontaktu: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela Pan Przemysław Tic zk@powiat.ostrowiecki.eu - tel. 41 247 69 33 w godz. 7.30 – 15.30

Szczegółowych informacji w zakresie procedury zamówienia udziela Pan Mariusz Kasprzyk mariusz_kasprzyk@powiat.ostrowiecki.eu - tel. 41 247 68 66 w godz. 7.30 – 15.30

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk (słownie: dziesięć) zestawów defibrylatorów AED wraz z gablotami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności w odniesieniu do zagrożeń obejmujących obszar odpowiednio gminy, powiatu i województwa”.

- Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci. Defibrylatory fabrycznie nowe, rok produkcji 2025.
- Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. Defibrylator dostosowuje tempo podawania komend głosowych do tempa działania osoby udzielającej pomocy. Dopuszcza się możliwość ręcznego przełączenia na język angielski.
- Wyposażenie we wskaźniki dźwiękowe i/lub wizualne informacje:
 - gotowość urządzenia do pracy,
 - technicznej sprawności urządzenia lub jej braku,
 - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
 - wymaganej defibrylacji lub braku przeciwwskazań do jej przeprowadzenia,
 - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceń,
- Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
 - algorytm postępowania zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC);

- urządzenie powinno zapewniać pełną i trwałą rejestrację danych o jego działaniu.
W szczególności rejestrować co najmniej włączanie urządzenia oraz zdarzenia zasadnicze (wykrycie ruchu, analizę EKG, zalecenie wykonania wstrząsu, informacje o wykonanym wstrząsie).
 - urządzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzać procedurę sprawności urządzenia co najmniej raz na dobę.
- Defibrylator wyposażony w minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych w tym 1 komplet dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci lub minimum dwóch par elektrod uniwersalnych. Dopuszczalna konwersja do trybu pediatrycznego poprzez klucz pediatryczny/adapter wielorazowego użytku. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek określający miejsce ich prawidłowego naklejenia.
 - Defibrylator wyposażony w baterię o okresie żywotności min. 2 lata zapewniającą w sumie nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. Gwarancja producenta na baterię min. 2 lata.
 - Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE.
 - Waga urządzenia AED: do 3,5 kg
 - Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Gwarancja minimalna na urządzenie AED – 2 lata.
 - W przypadku zgłoszenia awarii urządzenia AED czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania urządzenia zastępczego.
 - Defibrylator AED musi posiadać parametry techniczne umożliwiające mu pracę w zakresie temperatur 0-30 stopni Celsjusza oraz umożliwiające mu krótkotrwałą pracę (około 20 minut) w zakresie temperatur od -20 do + 50 stopni Celsjusza. Możliwość pracy w temperaturze ujemnej potwierdzona zapisem w instrukcji producenta.
 - Urządzenie umożliwia przeprowadzenie bezpiecznej defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni (potwierdzone notą techniczną producenta).
 - Defibrylatorów musi być dostarczonych z gablotą/szafką/kapsułą (zwaną dalej gablotą). Gablota na defibrylator musi być szczelna i chroniąca urządzenie przed warunkami atmosferycznymi,
 - Gablota musi być wyposażona w moduł grzewczy pozwalający utrzymać dodatnią temperaturę urządzenia przez 24 godziny.
 - Gablota wyposażona w moduł GSM informujący o otwarciu gabloty za pomocą wiadomości tekstowej SMS – minimum dwa numery telefonów.
 - Możliwość montażu gablot z defibrylatores na ścianie budynku we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.
 - Gabloty do przechowywania defibrylatorów powinny być oznakowane symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów).

KOD CPV - 33182100-0 defibrylator

Dodatkowo przedmiot zamówienia opisują Projektowane postanowienia umowy – załącznik Nr 2 do Zaprośzenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 2 do Umowy.

III. KRYTERIUM, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Cena - 100 %

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 30 dni od dnia podpisania umowy**

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego. Oferta musi zawierać:

- 1) Pełną nazwę oferenta z podaniem adresu siedziby, numer NIP i REGON.
- 2) Dane kontaktowe (telefon, fax lub e-mail).
- 3) Cenę oferty netto, kwotę podatku Vat i cenę oferty brutto.
- 4) Wykonawca musi złożyć ofertę **na całość** zamówienia.
- 5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym **podpis musi być czytelny lub opisany pieczętkami imiennymi**.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty należy załączyć:

- Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz ofertowy,
- Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu zgodna z wymaganiami zamawiającego zawartymi w zaproszeniu oraz w załącznikach do Zaproszenia.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę podpisaną przez uprawnione osoby należy złożyć w **formie pisemnej** w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub przesłać na e-mail: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu w terminie do dnia **06.10.2025 r.** do godz. **12:00** z opisem:

Oferta w odpowiedzi na rozpoznanie cenowe pn.:

Dostawa 10 sztuk (słownie: dziesięć) zestawów defibrylatorów AED wraz z gablotami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności w odniesieniu do zagrożeń obejmujących obszar odpowiednio gminy, powiatu i województwa”

ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Sporządził: Mariusz Kasprzyk
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
i Przetargów