

**Zadanie 1: „Zakup i dostawa defibrylatorów - 14 szt.”**

|     | ZAMAWIAJĄCY                                       | PROPOZYCJA OFERENTA                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | DEFIBRYLATOR o parametrach:                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | Rodzaj                                            | Półautomatyczny - analizuje rytm serca, wydaje instrukcje głosowe i/lub graficzne                                                                                                                                                        |
| 2   | Fala defibrylacji                                 | Dwufazowa                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | Tryb dziecięcy                                    | Tak                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Energia wstrząsu                                  | 2 zakresy: osobno dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | Czas ładowania do wstrząsu                        | <10 sek.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6   | Wyświetlacz / ekran                               | Tak                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | Komunikacja                                       | Głosowa i tekstowa w języku polskim                                                                                                                                                                                                      |
| 8   | Wsparcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) | Polecenia głosowe, informacje na wyświetlaczu, metronom                                                                                                                                                                                  |
| 9   | Język komunikatów                                 | Polski                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | Zasilanie                                         | Bateryjne, dołączone do zestawu umożliwiające działanie urządzenia                                                                                                                                                                       |
| 11  | Okres trwałości baterii                           | Min. 5 lat                                                                                                                                                                                                                               |
| 12  | Okres trwałości elektrod                          | Min. 5 lat                                                                                                                                                                                                                               |
| 13  | Stopień ochrony IP                                | Min. IP55 (odporny na wodę i kurz)                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | Zakres temperatury pracy                          | Min. 0°C - 50°C                                                                                                                                                                                                                          |
| 15  | Okresowe przeglądy                                | Brak, samoistne autotesty sprawności                                                                                                                                                                                                     |
| 16  | Warunki gwarancji                                 | Min. 5 lat                                                                                                                                                                                                                               |
| 17  | Deklaracja zgodności                              | Tak:<br>- zgodność produktu z aktualnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 dotyczącym wyrobów medycznych<br>- certyfikat MDR (EU) 2017/745                                                                    |
| 18  | Instrukcja obsługi                                | Tak, w języku polski                                                                                                                                                                                                                     |
| 19  | Szafka/gablota                                    | Tak:<br>- metalowa z okienkiem, umożliwiające zawieszenie na ścianie<br>- zamek magnetyczny z alarmem otwarcia dzwiczek                                                                                                                  |
| 20  | Znaki informacyjne                                | Tak:<br>- oznaczenie defibrylatora,<br>- skrócony wzór postępowania,<br>- strzałka w prawo, lewo, górę, dół.                                                                                                                             |
| 21  | Czujnik uciśnień                                  | Tak:<br>- wyposażony w wskaźnik informujący o prawidłowym uciskaniu klatki piersiowej<br>- emitujący sygnał dźwiękowy podpowiadający prawidłową częstotliwość ucisków<br>- graficzna instrukcja prawidłowego wykonania resuscytacji      |
| 22  | Inne                                              | Elektrody umożliwiające prawidłowe działanie defibrylatora.<br>Torba transportowa dedykowana do proponowanego defibrylatora.<br>Dołączone do zestawu m.in.:<br>- rękawiczki jednorazowe<br>- maska ochronna<br>- golarka<br>- ściereczka |