

Ruda Maleniecka, dn. 02.09.2022 r.

**GMINA RUDA MALENIECKA
RUDA MALENIECKA 99A
26-242 RUDA MALENIECKA
NIP: 658-187-20-92 REGON: 291010659**

.....
(nazwa Zamawiającego)

Znak: UE.271.17.2022

Udzielenie odpowiedzi
do zadanych pytań dot. Zaproszenia do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 30.08.2022 r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania: **Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego - autoklawu.**

Znak sprawy: UE.271.17.2022.

W dniu 02.09.2022 r. na Sekretariat Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej wpłynęło następujące zapytanie skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Dotyczy Parametry Techniczne:

2. Dotyczy Załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty. Specyfikacja techniczna – parametry sprzętu: Autoklaw.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, którego wymiary komory wynoszą Ø236 x 381,5 mm co nieznacznie odbiega od parametrów przedstawionych w specyfikacji?
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 4 aluminiowe tacki o wymiarach 185 x 285 x 18 mm (S x G x W) umieszczone na specjalnym wyjmowalnym stelażu znajdującym się wewnątrz komory autoklawu?
5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 2400 W co pozwala na przeprowadzenie szybkich i efektywnych cykli sterylizacji? Większa moc urządzenia pozwala na skrócenie czasów potrzebnych do przeprowadzenia cykli sterylizacji co ma wpływ na szybsze działanie gabinetów.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1. Tak, Zamawiający wymaga od Oferenta, aby posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi.

Ad. 2. *Dotyczy Specyfikacji techniczna – parametry sprzętu: Autoklaw.*

Ad. 3. *Tak, Zamawiający dopuści – wyraża zgodę na zaproponowane urządzenie o wymiarach nieznacznie odbiegających od podanych w specyfikacji.*

Ad. 4. *Tak, Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 4 aluminiowe tacki o wymiarach 185 x 285 x 18 mm (S x G x W) umieszczone na specjalnym wyjmowalnym stelażu znajdującym się wewnątrz komory autoklawu.*

Ad. 5. *Nie, ze względów adaptacyjnych Zamawiający może jedynie dopuścić sprzęt – urządzenie o maksymalnej mocy do 2 000 W.*

Pozostałe zapisy Zaprośzenia do złożenia oferty z dnia 30.08.2022 r. pozostają niezmienione. Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmian związanych z terminem składania ofert, który wyznaczono **do dnia 06.09.2022 r do godz. 10:00.**

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.

WÓJT GMINY
/-/ LESZEK KUCA

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej