POWIAT KONECKI
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
tel. 041 372 41 34, fax 041 372 83 20
NIP 6581955636 REGON 291009389

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Województwo Świętokrzyskie | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

IM.272.2.10.2020

Końskie, dn. 05.11.2020 r.

Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup stacji dezynfekująco-kontrolnych** na potrzeby projektu pn. „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" w ramach naboru RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (umowa nr RPSW.09.02.03-26-0012/20-00 zawarta 28.05.2020)

Informuję, że od Wykonawcy wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1.
Pkt. 1.8 dotyczące zasilania sieciowego:
Czy urządzenie może być w pełni autonomiczne i może posiadać własny akumulator zasilający, którego działanie starcza na około 7 dni użytkowania po tym czasie wymagane naładowanie prądem ze stałego źródła zasilania przez około 4 h?

Odpowiedź:
Urządzenie ma posiadać zasilanie sieciowe, może dodatkowo posiadać zasilanie akumulatorowe działające w przypadku braku zasilania sieciowego.

Pytanie 2.
Pkt. 1.13 dotyczące wielkości pojemnika płynu dezynfekcyjnego:
Czy pojemnik może być przeznaczony na pojemność płynu dezynfekcyjnego 5 litrów, który może być uzupełniany na zasadzie wymiany bańki z płynem dezynfekującym wszystkich dostępnych producentów płynów lub z możliwością samodzielnego dolewania płynu dezynfekującego?

Odpowiedź:
Urządzenie może posiadać większy zbiornik na płyn dezynfekujący pod warunkiem zachowania parametrów szerokości i wysokości urządzenia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA